

ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DI MINIMA

	DESCRIZIONE	RISPONDE AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)	MODELLO / CODICE OFFERTO	RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
	Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:			
	Caratteristiche essenziali			
lotto 1 GUIDA IDROFILA TIPO STIFF (ex lotto 2)	guida idrofila tipo stiff in nichel titanio, con primo rivestimento in poliuretano e trattamento esterno con polimero idrofilico, marcatura in tugsteno, monopezzo. lunghezza cm 150, punta angolata, flessibile cm 3, inc. 0,035 / 0,038 20			
	lunghezza cm 180, punta angolata, flessibile cm 3, inc. 0,035 / 0,038			
	guida idrofila standard in nichel titanio, con rivestimento in poliuretano e trattamento esterno con polimero idrofilico, marcatura in tugsteno, monopezzo. lunghezza cm 150-180, punta dritta, punta preformabile flessibile cm 3, inc. 0,035 / 0,03			
lotto 2 KIT PER RESEZIONE TRANSURET RALE (ex lotto 29)	kit per la resezione transuretrale della prostata composto da: catetere prostatico in silicone punta dufour ch 18/20/22/24 + evacuatore vescicale monouso + tubo di irrigazione a due vie + sacca urina da 4 lt con camera anti-reflusso ventilata. possibilità di connessione al resettore storz/ olympus/wolf			
lotto 3 BASKET PER ESTRAZION E CALCOLI MONOUSO (ex lotto 35)	basket per estrazione calcoli monouso in acciaio ø 3,0 fr., lunghezza 120 cm.; cestello in nitinol 4 fili con canale coassiale per fibra laser litotrissia, impugnatura asportabile, monouso in confezione sterile			
Lotto 4 SET PER DRENAGGIO PERCUTANE O (ex lotto 57)	set per drenaggio percutaneo nelle seguenti tipologie e misure: set per nefrostomia percutanea completo di dilatatori progressivi lunghi 20cm, tubo di connessione, ago introduttore e guida, catetere a pigtail da 6fr lungo 15cm e 8, 10 12 e 14fr lungo 30cm e con catetere malecot da 8, 10, 12, 14 e 16fr lungo 30cm. sterile e monouso			
	catetere di ricambio per i set sopra descritti con punta pigtail da 6fr lungo 15cm e 8, 10 12 e 14fr lungo 30cm e malecot 8, 10, 12, 14, 16, 18 20, 22 e 24fr lungo 30cm.			
Lotto 5 CATETERI AUTOLUBRI FICANTI CON ATTACCO LUER LOCK (ex lotto 80)	cateteri autolubrificanti con attacco luer lock sterili idrofili e pronti all'uso costituiti da glicerina ed acqua per il cateterismo intermittente dotato di guaina no-touch. catetere leggero, compatto che rende la manovra di svuotamento della vescica semplice veloce e sicura. il catetere non necessita di attivazione. lunghezza 45 cm uomo da ch 08 a ch 16 con punta tiemann			

	DESCRIZIONE	RISPONDERA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)	MODELLO / CODICE OFFERTO	RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
	Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:			
	Caratteristiche essenziali			
Lotto 6 CATETERI (ex lotto 83)	cateteri autolubrificanti con attacco luer lock sterili idrofili e pronti all'uso costituito da glicerina ed acqua per il cateterismo intermittente dotato di guaina no-touch. catetere leggero, compatto che rende la manovra di svuotamento della vescica semplice veloce e sicura. il catetere non necessita di attivazione. lunghezza 45 cm uomo da ch 08 a ch 16 con punta nelaton			
	cateteri autolubrificanti con attacco luer lock sterili idrofili e pronti all'uso costituito da glicerina ed acqua per il cateterismo intermittente dotato di guaina no-touch. catetere leggero, compatto che rende la manovra di svuotamento della vescica semplice veloce e sicura. il catetere non necessita di attivazione. lunghezza 20 cm donna da ch 08 a ch 16 con punta nelaton			
Lotto 7 CATETERE PUNTA FOLEY (ex lotto 90)	catetere vescicale in lattice con punta foley rivestito internamente ed esternamente da una lega di metalli nobili (oro, argento e palladio), per la riduzione del rischio di colonizzazione e di infezione intra ed extra lume, catetere correlato (cauti) modello adulti cm 40 - 2 vie- 12-14-16-18 fr modello adulti cm 40 - 3 vie - 16-18 fr modello pediatrica cm 30 - 2 vie -8-10 fr			
	catetere vescicale in silicone idrofilo, con punta foley e tiemann, rivestito internamente ed esternamente da una lega di metalli nobili (oro, argento e palladio), per la riduzione del rischio di colonizzazione e di infezione intra ed extra lume, catetere correlato (cauti) modello adulti cm 40 - 2 vie- 12-14-16-18 fr modello adulti cm 40 - 3 vie - 16-18 fr modello adulti cm 26 -2 vie- 12-14-16-18 fr modello adulti punta tiemann cm 41 - 2 vie - 12-14-16-18 fr modello pediatrica cm 31 - 2 vie- 6-8-10 fr			
	catetere vescicale in silicone idrofilo, con punta foley, rivestito internamente ed esternamente da una lega di metalli nobili (oro, argento e palladio), per la riduzione del rischio di colonizzazione e di infezione intra ed extra lume, catetere correlato (cauti) completo di termistore serie 400 modello adulti cm 44 - 2 vie- 12-14-16-18 fr modello pediatrica cm 31 - 2 vie- 6-8- fr			
Lotto 8 SFINTERE URINARIO ARTIFICIALE (ex lotto 107)	sfintere urinario artificiale impiantabile composto da palloncino di regolazione pressione, pompa di controllo con pulsante di disattivazione immediata del gonfiaggio della cuffia, cuffia di occlusione. tutti i componenti devono essere in silicone con rivestimento idrofilico. misure del palloncino di regolazione pressione: 40-49; 50-59;60-69;70-79;80-89 h2o misure della cuffia di occlusione: 3,5; 3,75; 4; 4,25; 4,5; 4,75; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; kit accessori impianto sistema connettori y per impianto doppia cuffia.			

	DESCRIZIONE	RISPONDERA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)	MODELLO / CODICE OFFERTO	RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
	Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:			
	Caratteristiche essenziali			
Lotto 9 STRUMENTO PER IRRIGAZIONE DELLA VESCICA (ex lotto 155)	stumen+e490: ak491to per irrigazione ed evacuazione della vescica durante interventi cistoscopici e resettoscopici nei seguenti formati: evacuatore a siringa con corpo in vetro e acciaio inox, capacità 150ml, con cono fisso evacuatore con corpo in vetro, cono di bloccaggio e palloncino per la pressione siringa per il lavaggio manuale con controllo di pressione e sistema di arresto a clamp, completo di connettore per irrigazione ed inserimento di fibre laser o cestelli per calcoli			
Lotto 10 DISPOSITIVO PER RACCOLTA LIQUIDI (ex lotto 166)	dispositivo per la raccolta liquidi, da applicare a tavolo uro endoscopico, con frame flessibile, profilo a d, tridimensionale, con cestello a griglia forata raccolta chips e tessuti asportabile, tubo estensibile passo f/f 22 mm., sezione perineale con lato adesivo e superficie anti scivolamento, compatibili e utilizzabili con telai flessibili con morsetti contrapposti e paralleli, monouso in confezione sterile telaio flessibile per dispositivo raccolta liquidi, profilo d , pluriuso, in due versioni : a) posizionamento litotomico, morsetti contrapposti, b) posizionamento laterale per pcn, morsetti paralleli dispositivo a parallelepipedo per assorbimento liquidi sala da collegare a aspirazione centrale			
Lotto 11 MORCELLATO RE MONOUSO (ex lotto 176)	morcellatore monouso a batteria con 7 livelli di velocità selezionabili da 980 giri/minuto a 2950 giri/minuto con motore e stazione di ricarica kit 50 lame			
Lotto 12 MEDICAZIONE FILMOGENA (ex lotto 185)	medicazione filmogena avanzata in gel siliconico inerte, gas permeabile, semioclusivo, non assorbibile, battereostatico, per la prevenzione e cura delle cicatrici anomale provocate da ferite ed ustioni, a protezione dall'invasione chimica e microbica, sigillante per accessi vascolari. dispositivo in confezione sterile di facile applicazione il tubetto o flaconi di formato da 50 grammi.			
Lotto 13 ADESIVO TOPICO STERILE (ex lotto 192)	adesivo topico sterile, composto da una rete autoadesiva flessibile in poliestere ed un adesivo topico a base di 2-octil cianoacrilato con potere antibatterico verso i gram + e gram -			
	medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata in forma fibrillare costituito da 7 strati separabili, con comprovata azione antibatterica ed effetto emostatico da studi clinici su brand in vitro e in vivo, pubblicate su riviste scientifiche accreditate, conservazione a temperatura ambiente, in confezione doppia, sterile, misura 5,1 x 10,2.			

	DESCRIZIONE	RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)	MODELLO / CODICE OFFERTO	RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
	Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:			
	Caratteristiche essenziali			
Segue Lotto 13 ADESIVO TOPICO STERILE (ex lotto 192)	medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata in forma fibrillare costituito da 7 strati separabili, con comprovata azione antibatterica ed effetto emostatico da studi clinici su brand in vitro e in vivo, pubblicate su riviste scientifiche accreditate, conservazione a temperatura ambiente, in confezione doppia, sterile, misura 10,2 x 10,2.			
	medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata in forma fibrillare non tessuta, con comprovata azione antibatterica ed effetto emostatico da studi clinici su brand in vitro e in vivo, pubblicate su riviste scientifiche accreditate, conservazione a temperatura ambiente, in confezione doppia, sterile, misura 10,2 x 10,2.			
	medicazione emostatica sterile, assorbibile costituita da aggregati di polvere di cellulosa ossidata e rigenerata con comprovata azione antibatterica ed effetto emostatico da studi clinici su brand in vitro ed in vivo, pubblicate su riviste scientifiche accreditate. rapido effetto emostatico per la gestione di sanguinamenti a nappo di superfici ampie (area 8,1 cm x 8,1 cm). quantità 3 gr.			
Lotto 14 PATCH IN PERICARDIO BOVINO (ex lotto 197)	"patch in pericardio bovino decellularizzato fissato in glutaraldeide monomerica. detossificato tramite trattamento che consente l'eliminazione di tutti i residui cellulari e tutti i residui di aldeidi libere. elasticità e resistenza ottimizzata dal materiale monostrato e senza laminazione. conservato in soluzione non tossica di glicol propilene pronto per l'utilizzo immediato. " cm 2x2 spessore mm8 cm 4x4 spessore mm8 cm 5x8 spessore mm8 cm 4x4 spessore mm4 cm 5x8 spessore mm4			
Lotto 15 DISPOSITIVO MEDICO COMPOSTO DA GEL IN FIALE (ex lotto 208)	dispositivo medico composto da gel in fiale con ago metallico, specifico per infiltrazioni a livello uretrale con effetto "bulking" nella incontinenza urinaria di grado lieve e moderato, in pazienti di entrambi i sessi e nel reflusso vescico-ureterale. il trattamento deve essere compatibile con successivi impianti di sfintere artificiale urinario. il gel deve essere sostituito da due componenti quali microsfere di destranometro e acido ialuronico stabilizzato di origine non animale (nasha). il gel deve essere biocompatibile, biodegradabile, non immunogenico e non deve comportare rischi di migrazione dell'impianto. l'ago deve avere le seguenti misure: 23 gauge, 3, 7 fr, 350 mm lunghezza			

	DESCRIZIONE	RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)	MODELLO / CODICE OFFERTO	RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
	Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:			
	Caratteristiche essenziali			
Lotto 16 PROSTATE BIOPSY KIT (ex lotto 212)	<p>Prostate Biopsy Kit. confezionato in una scatola compatta e contiene al suo interno: Disegno della forma della prostata, a supporto di un corretto prelievo, con colore azzurro per il lato sinistro e arancione per il lato destro Spugnette (filtri per biopsie). Tale accessorio, inumidito e inserito all'interno delle cassette, consente una volta adagiato e steso bene il frustolo di prostata, che lo stesso rimanga disteso e non si "arricci", garantendo quindi un'ottimale analisi patologica Cassette azzurre pre marcate SX e cassette arancio pre marcate DX, richiamando i colori del disegno della prostata, consentendo una più facile ed immediata indicazione della provenienza del campione Cestelli porta cassette, perfetti per evitare il rischio di galleggiamento delle cassette (e quindi la mancata fissazione da cui consegue l'impossibilità di effettuare l'analisi e il dover richiamare il paziente per rifare l'esame) 2 contenitori di SafeCapsule da 250ml riempiti con soluzione neutra con i relativi tappi rossi pre-riempiti di formalina 2 sacchetti per il trasporto dei campioni biologici</p>			
Lotto 17 SISTEMA DISPERSION E FUMI (ex lotto 225)	<p>sistema di dispersione fumi per laparoscopia nelle seguenti tipologie: filtro verde con flusso max 6.0 l/min a 15mmhg a pressione differenziale e/o filtro rosso flusso max 8.0 l/min. a 15mmhg a pressione differenziale</p>			
Lotto 18 SET MANIPOLI PER GENERATO RI (ex lotto 258)	<p>set manipoli per generatore a ultrasuoni(bowa) a corrente torsionale monouso, composto da: manipolo forbici dissezione rette open 200 manipolo forbici dissezione rette 500 manipolo forbici dissezione curve open 200 manipolo forbici dissezione curve laparoscopiche 400 manipolo forbici dissezione curve laparoscopiche 500 manipolo resettore retto open 200 manipolo resettore retto laparoscopico 400</p>			
Lotto 19 POLISACCA RIDE NATURALE (ex lotto 259)	<p>polisaccaride naturale (100% amido vegetale purificato) w-carboxymethyl di diametro 40 um ultra idrofiliche con capacità di assorbimento superiore 18 volte il proprio peso per il controllo immediato di sanguinamenti sia venosi che arteriosi 100% vegetale 100% riassorbibile in 48 ore. nelle misure: 2g 3g</p>			
Lotto 20 SISTEMA DI ACCESSO TRANSPERI NEALE (ex lotto 266)	<p>sistema di accesso transperineale per biopsia prostatica, composto dai seguenti prodotti monouso, sterili: guida per ago con rotaia e morsetto assemblabile ad una sonda ecografica transrettale di tipo cilindrico (tipo sistema bk) ago di accesso, che faccia da guida all'ago da biopsia per la prostata, lunghezza 4.3 cm, (lunghezza totale sistema 7 cm.), canale da 15 g</p>			

	DESCRIZIONE	RISPONDE A I REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)	MODELLO / CODICE OFFERTO	RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
	Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:			
	Caratteristiche essenziali			
Lotto 21 FIBRE OTTICHE PER LASER AD OLMIO (ex lotto 282)	<p>fibre ottiche per laser a olmio ad alta potenza, con vari calibri fino a quattro tipologie dedicate per l'attivazione dei sistemi di ottimizzazione dell'energia laser sui trattamenti effettuati: le monouso normali, le monouso con effetto ridotto, le monouso per la vaporizzazione e le riutilizzabili.</p> <p>le fibre devono essere disponibili nelle seguenti tipologie:</p> <p>monouso normali</p> <p>queste fibre dal rivestimento verde con sparo sulla punta distale sferica sono monouso e compatibili con la lunghezza d'onda ad olmio e nd:yag; in particolare per le procedure urologiche come rirs e miniperc si deve presentare la possibilità di lavorare con fibre da 200 µs e di arrivare fino a 120 hz di frequenza e sino a 60 watt di potenza.</p> <p>queste fibre devono essere compatibili con una tecnologia (supportata da molteplici studi scientifici) per l'annullamento della retropulsione nel trattamento della calcolosi, lavorando a contatto e non a contatto.</p> <p>devono essere disponibili in confezione singola ed in configurazioni da:</p> <p>200 µs (diametro interno 230, max diametro esterno 0.39 mm – necessita canale di lavoro min 3.6 f – raggio di piegatura 6 mm). devono poter essere utilizzate per la calcolosi rirs e inserite anche con strumento flessio fino a 60 w di potenza e 120 hz di frequenza.</p> <p>365 µs (diametro interno 390, max diametro esterno 0.58 mm – necessita di canale di lavoro 6.15 f – raggio di piegatura 14 mm). devono poter essere utilizzate per la calcolosi con endoscopi semi-flessibili e rigidi.</p> <p>550 µs (diametro interno 550, max diametro esterno 0.78 mm - necessita di canale di lavoro minimo 7.95 f – raggio di piegatura 20 mm). devono poter essere utilizzate per la calcolosi (vescicale e pcnl) e holep con endoscopi rigidi.</p> <p>monouso per la vaporizzazione</p> <p>questa è una fibra monouso a sparo laterale che può essere utilizzata per ottenere una più efficace vaporizzazione dell'adenoma prostatico. max diametro esterno 2.5 mm, necessita canale di lavoro 7.5 f lunghezza totale 310 cm. angolo di uscita raggio laser 80°.</p> <p>deve essere fornita in confezione singola.</p> <p>riutilizzabili normali</p> <p>queste fibre dal rivestimento blu con sparo sulla punta distale sferica sono riutilizzabili e compatibili con la lunghezza d'onda ad olmio e nd:yag; devono poter essere utilizzate in ambiente acquoso e per molteplici procedure endoscopiche. devono essere presterilizzate a ossido di etilene e rese disponibili in confezioni singole.</p> <p>devono essere disponibili in configurazioni da:</p> <p>200 µs compatibile con sistema sis (max diametro interno 0,272 mm, max diametro esterno 0.45 mm – necessita canale di lavoro 1.7 f). devono poter essere utilizzate per calcolosi rirs fino a 45 watt di potenza.</p> <p>365 µs compatibile con sistema sis (diametro interno 390, max diametro esterno 0.58 mm – necessita di canale di lavoro 6.15 f – raggio di piegatura 14 mm). devono poter essere utilizzate per calcolosi con endoscopi flessibili e rigidi.</p>			

	DESCRIZIONE	RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)	MODELLO / CODICE OFFERTO	RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
	Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:			
	Caratteristiche essenziali			
Segue Lotto 21 FIBRE OTTICHE PER LASER AD OLMIO (ex lotto 282)	<p>550 µs compatibile con sistema sis (max diametro interno 0,550 mm, max diametro esterno 0.78 mm - necessita di canale di lavoro minimo 2.7 f). devono poter essere utilizzate per calcolosi (vescicale e pcnl) e holep con endoscopi rigidi.</p> <p>1000 µs compatibile con sistema sis (max diametro interno 0,940 mm, max diametro esterno 1.45 mm - necessita di canale di lavoro minimo 5.0 f). devono poter essere utilizzate per calcolosi (vescicale e pcnl) e holep con endoscopi rigidi.</p> <p>monouso effetto ridotto</p> <p>"queste fibre dal rivestimento verde con sparo sulla punta distale sferica sono monouso e compatibili con la lunghezza d'onda ad olmio e nd:yag; in particolare per le procedure urologiche come rirs e miniperc si deve presentare la possibilità di lavorare con fibre da 200 µs e di arrivare fino a 45 hz di frequenza e sino a 60 watt di potenza.</p> <p>queste fibre devono essere compatibili con una tecnologia (supportata da molteplici studi scientifici) per l'annullamento della retropulsione nel trattamento della calcolosi, lavorando a contatto e non a contatto e per lottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli.</p> <p>devono essere disponibili in confezione singola ed in configurazioni da:"</p> <p>200 µs (diametro interno 230, max diametro esterno 0.39 mm – necessita canale di lavoro min 3.6 f – raggio di piegatura 6 mm). devono poter essere utilizzate per la calcolosi rirs e inserite anche con strumento flessio fino a 60 w di potenza e 45 hz di frequenza.</p> <p>365 µs (diametro interno 390, max diametro esterno 0.58 mm – necessita di canale di lavoro 6.15 f – raggio di piegatura 14 mm). devono poter essere utilizzate per la calcolosi con endoscopi semi-flessibili e rigidi.</p> <p>550 µs (diametro interno 550, max diametro esterno 0.78 mm - necessita di canale di lavoro minimo 7.95 f – raggio di piegatura 20 mm). devono poter essere utilizzate per la calcolosi (vescicale e pcnl) e holep con endoscopi rigidi.</p> <p>riutilizzabile effetto ridotto</p> <p>queste fibre dal rivestimento blu con sparo sulla punta distale sferica sono riutilizzabili e compatibili con la lunghezza d'onda ad olmio e nd:yag; sono disponibili in configurazioni da:</p> <p>200 µs compatibile con sistema sis (max diametro interno 0,272 mm, max diametro esterno 0.45 mm – necessita canale di lavoro 1.7 f)</p> <p>365 µs compatibile con sistema sis (diametro interno 390, max diametro esterno 0.58 mm – necessita di canale di lavoro 6.15 f – raggio di piegatura 14 mm)</p> <p>550 µs compatibile con sistema sis (max diametro interno 0,550 mm, max diametro esterno 0.78 mm - necessita di canale di lavoro minimo 2.7 f)</p> <p>1000 µs compatibile con sistema sis (max diametro interno 0,940 mm, max diametro esterno 1.45 mm - necessita di canale di lavoro minimo 5.0 f)</p>			
Lotto 22 CATETERI URETERALI SENZA PALLONCINO (ex lotto 284)	cateteri uretrali senza palloncino in neoplex con due fori lunghezza 40 cm con punta couvaliere ch 20, 22.24,26			

	DESCRIZIONE	RISPONDE A I REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)	MODELLO / CODICE OFFERTO	RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
	Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:			
	Caratteristiche essenziali			
Lotto 23 SONDA (ex lotto 286)	sonda per ricerca linfonodo sentinella			
lotto 24 GEL LUBRIFICA NTE (ex lotto 287)	<p>gel lubrificante</p> <p>siringa preriempita di gel lubrificante per uso urologico ed endoscopico a base di idrossietilcellulosa con proprietà disinfettante. sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 6ml - 11ml - 20ml.</p> <p>siringa preriempita di gel lubrificante per uso urologico a base di idrossietilcellulosa con proprietà anestetico locale e disinfettante. sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 5ml - 10ml.</p> <p>siringa preriempita di gel lubrificante per uso urologico a base di idrossietilcellulosa solo con proprietà di anestetico locale. sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 11ml.</p> <p>siringa preriempita di gel lubrificante per uso urologico ed endoscopico neutro. sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 10ml.</p> <p>siringa preriempita sterile con acido ialuronico e solfato di condroitina + adattatore di sicurezza, sterile sia il contenuto, che il contenitore, monouso, da 50ml.</p> <p>siringa preriempita che permetta l'ancoraggio dei cateteri urologici alla vescica (sia in silicone, che in lattice). la soluzione deve contenere triclosan, che neutralizza la formazione di biofilm sul palloncino. sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 10ml.</p>			