

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 1418/5

PALERMO, 18-01-2024

Varie Ditte

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI FRIGOEMOTECHE, CONGELATORI E FRIGORIFERI PER VARIE UNITÀ OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" – CHIARIMENTI AL 18 GENNAIO 2024

Con riferimento alla procedura in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N°1

Relativamente al lotto n.1 – voce n.1:

1. "dimensioni esterne massime: larghezza 60cm x profondità 65 cm x altezza 78 cm", si chiede se siano accettabili dimensioni con una tolleranza del 10%;
2. "kit ruote piroettanti" si chiede se siano accettabili ruote unidirezionali con piedini stabilizzatori;

RISPOSTA N°1

1. È consentita una tolleranza del 20%;
2. Si accettano;

QUESITO N°2

Relativamente al lotto n.1 – voce n.2:

1. "dimensioni esterne massime: larghezza 60cm x profondità 65 cm x altezza 140 cm" si chiede se siano accettabili dimensioni con una tolleranza del 10%;
2. "kit ruote piroettanti" si chiede se siano accettabili ruote unidirezionali con piedini stabilizzatori;

RISPOSTA N°2

1. È consentita una tolleranza del 20%;
2. Si accettano;

QUESITO N°3

Relativamente al lotto n.1 – voce n.3:

1. “capacità 350 litri”, si chiede se sia accettabile la capacità di 300 litri;
2. “dimensioni esterne massime: larghezza 60 cm x profondità 65 cm x altezza 190 cm”, si chiede se siano accettabili dimensioni con una tolleranza del 10%;
3. “kit ruote piroettanti”, si chiede se siano accettabili ruote unidirezionali con piedini stabilizzatori;

RISPOSTA N°3

1. È consentita una tolleranza del 20%;
2. È consentita una tolleranza del 20%;
3. Si accettano;

QUESITO N°4

Relativamente al lotto n.1 – voce n.4:

1. “kit ruote piroettanti”, si chiede se siano accettabili ruote unidirezionali con piedini stabilizzatori;

RISPOSTA N°4

1. Si accettano;

QUESITO N°5

Relativamente al lotto n.2 – voce n.1:

1. “capacità 250 + 100 litri netti”, si chiede se sia accettabile la capacità di 200+100 litri netti”;
2. “dimensioni esterne massime: larghezza 65 cm x profondità 60 cm x altezza 190 cm”, si chiede se siano accettabili dimensioni con una tolleranza del 10%;
3. “interno in acciaio inox AISI 304 con angoli e spigoli interni arrotondati”, si chiede se sia accettabile interno in acciaio inox con finitura Scotch Brite che offre resistenza e alta pulibilità;
4. “kit ruote piroettanti”, si chiede se siano accettabili ruote unidirezionali con piedini stabilizzatori;

RISPOSTA N°5

1. È consentita una tolleranza del 20%;
2. È consentita una tolleranza del 20%;
3. Si accetta materiale equivalente;
4. Si accettano;

QUESITO N°6

Relativamente al lotto n.3 – voce n.1:

1. “capacità 250 + 100 litri netti”, si chiede se sia accettabile la capacità di 200+100 litri netti”;
2. “dimensioni massime: altezza 185 cm x lunghezza 60 cm x profondità 60 cm”, si chiede se siano accettabili dimensioni con una tolleranza del 10%;
3. “campo di lavoro da 0°C a 15°C, si chiede se trattasi di refuso, in quanto secondo la nuova MDR il sangue deve essere conservato tra +2°/+6°C;

RISPOSTA N°6

1. È consentita una tolleranza del 20%;
2. È consentita una tolleranza del 20%;
3. Si conferma il campo lavoro indicato nel capitolato di gara;

QUESITO N°7

Relativamente al lotto n.5 – voce n.1:

1. “dimensioni esterne massime: lunghezza 60 cm x profondità 60 cm x altezza 190 cm”, si chiede se siano accettabili dimensioni con una tolleranza del 10%;
2. “struttura interna in acciaio inox (minimo AISI 304)”, si chiede se sia accettabile interno in acciaio inox con finitura Scotch Brite che offre resistenza e alta pulibilità;

RISPOSTA N°7

1. È consentita una tolleranza del 20%;
2. Si accetta materiale equivalente;

QUESITO N°8

Relativamente al lotto n.6 – voce n.1:

1. “dimensioni esterne massime: lunghezza 75 cm x profondità 75 cm x altezza 198 cm”, si chiede se siano accettabili dimensioni con una tolleranza del 10%;
2. “struttura interna in acciaio inox (minimo AISI 304)”, si chiede se sia accettabile interno in acciaio inox con finitura Scotch Brite che offre resistenza e alta pulibilità;

RISPOSTA N°8

1. È consentita una tolleranza del 20%;
2. Si accetta materiale equivalente;

QUESITO N°9


Relativamente al lotto n.7 – voce n.1:

1. “si chiede se sia accettabile un congelatore verticale invece che un congelatore orizzontale;

RISPOSTA N°9

1. Non si accetta;

Il Direttore UOC Provveditorato



(Dr. Aldo Albano)