



**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
**DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO**

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI GENERATORI 99M Tc , RADIOFARMACI, KIT DI MARCATURA, KITS PER DOSAGGI RADIOIMMUNOLOGICI, KITS PER FRAZIONATORE DI DOSE PER CELLA DI FRAZIONAMENTO PET, SORGENTI RADIOATTIVE PER CALIBRAZIONE O REPERAGE, KIT CONTROLLO DI QUALITA' RADIOFARMACI PER L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI MEDICINA NUCLEARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO"**

**CHIARIMENTI**

**QUESITO N.1:**

Si chiede di precisare in relazione alle spese di spedizione se le stesse concorreranno all'aggiudicazione dei singoli lotti.

**RISPOSTA N.1:**

Le spese di trasporto devono intendersi a spedizione indipendentemente dal peso e dal numero dei colli. Qualora le spedizioni riguardassero più prodotti, le spese di trasporto verranno considerate uniche e non per singolo prodotto.

**QUESITO N.2:**

In considerazione del numero elevato di documenti richiesti all'interno dell'Art.3 – SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE del documento "manifestazione-interesse" si chiede di poter superare il limite di 25 MB o la possibilità di un invio multiplo di PEC.

**RISPOSTA N.2:**

Si conferma la possibilità di invio multiplo di PEC.

**QUESITO N.3:**

A pagina 3 dell'allegato nominato "manifestazione-interesse" si richiede a tutti i soggetti interessati a concorrere alla Manifestazione di Interesse di inviare apposita istanza di partecipazione alla procedura indicando nell'oggetto: "Indagine di mercato per fornitura quinquennale di GENERATORI 99m Tc, RADIOFARMACI, KIT DI MARCATURA, KITS PER DOSAGGI RADIOIMMUNOLOGICI, KITS

PER FRAZIONATORE DI DOSE PER CELLA DI FRAZIONAMENTO PET, SORGENTI RADIOATTIVE PER CALIBRAZIONE O REPERAGE, KIT CONTROLLO DI QUALITA' RADIOFARMACI – ed il numero di protocollo del presente avviso.”. Si chiede pertanto di indicare il numero di protocollo e la data dell'avviso (i quali non vengono specificati in nessuno degli allegati alla Gara).

**RISPOSTA N.3:**

Il numero di protocollo dell'avviso è n. 001-0000823-REGGEN/2024 del 23 aprile 2024.

**QUESITO N.4:**

Si chiede se, per quanto richiesto ai punti 4 e 5 della “Documentazione amministrativa e Tecnica”, possa essere ritenuto sufficiente: l'invio della scheda tecnica della sorgente accompagnata da una dichiarazione di conformità alle richieste da capitolato, senza relazione tecnica. In caso di risposta negativa si chiede di indicare quale debba essere il contenuto della relazione tecnica.

**RISPOSTA N.4:**

Si conferma quanto chiesto nell'avviso pubblico all'art. 3.1 Documentazione Tecnica e Amministrativa, ovvero:

4. schede tecniche riportante il modello esatto del bene ed il produttore del bene proposto e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del bene offerto;
5. relazione tecnica della fornitura offerta evidenziando relativamente alla documentazione tecnica allegata alla presente indagine, quanto segue:
  1. se codesta ditta dispone di prodotti aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell'allegato disciplinare tecnico;
  2. qualora le caratteristiche dei beni offerti e le caratteristiche dei beni richiesti nel capitolato tecnico non fossero collimanti, si chiede cortesemente di segnalare le stesse accompagnando, nel caso, le eventuali incongruenze con le relative e motivate considerazioni;
  3. in caso di beni equivalenti le ditte concorrenti dovranno dimostrare in modo oggettivo che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente dal punto di vista funzionale e prestazionale ai requisiti della tipologia di dispositivo sopra elencato;
  4. si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

---


**QUESITO N.5:**

In merito all'art. 11 - "Periodo di Prova" del capitolato, si fa presente che la sorgente di cui al lotto 43 viene prodotta ad hoc a seguito dell'ordine da parte dell'ente. Non è pertanto suscettibile di periodo di prova.

**RISPOSTA N.5:**

Si conferma che non è necessario il periodo di prova se prodotta *ad hoc*.

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO**



---

(Dott. Aldo ALBANO)

