

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
**DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO**

1492/PR

15/01/2024

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

**OGGETTO:** "OGGETTO: "AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 30 MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LE UU.00. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO".

### **CHIARIMENTI**

In riferimento a quanto in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:

- 1) *Quesito:* "SI CHIEDE DI CONFERMARE CHE LA RICHIESTA DEL PARAMETRO "RESPIRO" relativamente ai n. 22 monitor pressori (voce 1), sia un refuso, in quanto il parametro Respiro con tecnologia impedenziometrica si ottiene mediante gli elettrodi ECG, il quale parametro non è stato richiesto" –


*Risposta:* Si, si conferma che il parametro "Monitoraggio RESP" nella voce 1 per n. 22 monitor è da considerarsi un **refuso** mentre restano invariate le caratteristiche della voce 2 per n. 8 monitor.

- 2) *Quesito:* "A PAG. 4 ART. 3 DEL BANDO viene richiesto di inserire in oggetto "indagine di mercato per la fornitura in noleggio di n. 2 poltrone operatorie chirurgiche" SI CHIEDE DI CONFERMARE che si può inserire nell'oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 30 MONITOR MULTIPARAMETRICI"

*Risposta:* Si, si conferma che l'oggetto riportato a pag. 4 art 3 è da considerarsi un **refuso** pertanto si intende sostituito con l'oggetto corretto: **INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 30 MONITOR MULTIPARAMETRICI.**

Referente gara: Sig.ra Antonella Giunta mail [a.giunta@villasofia.it](mailto:a.giunta@villasofia.it).

IL DIRETTORE U.O.C PROVVEDITORATO



Dr. Aldo Albano