



U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI ECOGRAFI PER VARIE UNITA' OPERATIVE COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK.

CHIARIMENTI - (Lotto 1)

In riferimento a quanto in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito 1) - Si chiede: *“..... in relazione a quanto descritto il sistema deve permettere l'esecuzione di biopsie fusion con imaging RM, TC o PET con approccio biotico transperineale. Il sistema deve essere compatibile con sonda dedicata per chirurgia robotica”*

RISPOSTA: Si conferma che l'apparecchiatura deve essere compatibile con sonda dedicata al sistema Robot da Vinci

Quesito 2) - Si chiede: *“..... che venga inserita sonda preferibilmente dotata di comandi presenti sull'impugnatura delle sonde per la gestione del “freeze” dell'immagine e se tale richiesta risulta essere equivalente alla possibilità di gestire i comandi attraverso un comando a pedali, ovviamente l'equivalenza non deve compromettere la scelta del sistema;*

RISPOSTA: Si comunica che non rappresenta un problema la presenza di comandi sull'impugnatura delle sonde e nei pedali per la gestione del “freez” dell'immagine;

Quesito 3) - Si chiede: *“..... se la sonda biconvex risulta essere equivalente alla richiesta della triplanare che identifica una nomenclatura di azienda concorrente;*

RISPOSTA: Si conferma la necessità di sonda triplanare;

Quesito 4) - Si chiede: *“.....per equivalenza la possibilità di offrire trasduttore robotico a scansione lineare , abilitato a modalità trapezoidale;*

RISPOSTA: Si comunica che deve essere compatibile con Sistema da Vinci e comunque con quanto riportato nel Capitolato Speciale;

Quesito 5) - Si chiede: *“..... se è possibile offrire un sistema composto da due sistemi complanari tecnico funzionali che soddisfano le caratteristiche richieste;*

RISPOSTA: Si comunica che No, non è accettato

Quesito 6) - Si chiede:Si chiede che il sistema possa essere dotato di sonde totalmente sterilizzabili o per immersione totale (connettore compreso) con soluzioni liquide o compatibili con procedure di sterilizzazione chimico liquide o chimico gas plasma, per annullamento del rischio da infezioni incrociate.

RISPOSTA: Si conferma che è accettabile.

Referente gara: Sig.ra Antonella Giunta mail a.giunta@villasofia.it.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

(Dott. Aldo Albano)