



**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

**FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI ECOGRAFI PER VARIE UNITA' OPERATIVE COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK.**

### **CHIARIMENTI - (Lotto 1)**

In riferimento a quanto in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:

**Quesito 1) - Si chiede:** “..... in relazione a quanto descritto il sistema deve permettere l'esecuzione di biopsie fusion con imaging RM, TC o PET con approccio bioptico transperineale. Il sistema deve essere compatibile con sonda dedicata per chirurgia robotica”

**RISPOSTA: Si conferma** che l'apparecchiatura deve essere compatibile con sonda dedicata al sistema Robot da Vinci

**Quesito 2) - Si chiede:** ..... che venga inserita sonda preferibilmente dotata di comandi presenti sull'impugnatura delle sonde per la gestione del “freeze” dell'immagine e se tale richiesta risulta essere equivalente alla possibilità di gestire i comandi attraverso un comando a pedali, ovviamente l'equivalenza non deve compromettere la scelta del sistema;

**RISPOSTA: Si comunica** che non rappresenta un problema la presenza di comandi sull'impugnatura delle sonde e nei pedali per la gestione del “freez” dell'immagine;

**Quesito 3) - Si chiede:** ..... se la sonda biconvex risulta essere equivalente alla richiesta della triplanare che identifica una nomenclatura di azienda concorrente;

**RISPOSTA: Si conferma** la necessità di sonda triplanare;

**Quesito 4) - Si chiede:** .....per equivalenza la possibilità di offrire trasduttore robotico a scansione lineare , abilitato a modalità trapezoidale;

**RISPOSTA: Si comunica** che deve essere compatibile con Sistema da Vinci e comunque con quanto riportato nel Capitolato Speciale;

**Quesito 5) - Si chiede:** ..... se è possibile offrire un sistema composto da due sistemi complanari tecnico funzionali che soddisfano le caratteristiche richieste;

RISPOSTA: **Si comunica** che No, non è accettato

**Quesito 6) - Si chiede:** .....*Si chiede che il sistema possa essere dotato di sonde totalmente sterilizzabili o per immersione totale (connettore compreso) con soluzioni liquide o compatibili con procedure di sterilizzazione chimico liquide o chimico gas plasma, per annullamento del rischio da infezioni incrociate.*

RISPOSTA: **Si conferma** quanto indicato in capitolato: Essere dotato di sonde totalmente sterilizzabili per immersione totale (connettore compreso) con soluzioni liquide nonché compatibili con procedure di sterilizzazione chimico liquide e chimico gas plasma, per annullamento del rischio da infezioni incrociate;

Referente gara: Sig.ra Antonella Giunta mail [a.giunta@villasofia.it](mailto:a.giunta@villasofia.it).

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

---

*(Dott. Aldo Albano)*