

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

CHIARIMENTI

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK E DEL MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O.S.D. CQB DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO" SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI.

CHIARIMENTI TECNICI

QUESITO 1)

Relativamente al lotto 3 Requisiti del sistema, si chiede di confermare che i 2 strumenti analitici, nuovi di fabbrica, di ultima generazione e lo strumento di back-up debbano essere tutti tra loro identici.

RISCONTRO

Relativamente al lotto 3, si conferma che i due strumenti analitici debbano essere tutti identici tra loro

QUESITO 2)

Relativamente al lotto 3 Requisiti del sistema, si chiede di confermare che per sistema analitico si intenda l'insieme dei 2 strumenti analitici principali e che, pertanto, le richieste relative al sistema debbano intendersi soddisfatte dall'insieme degli strumenti. Pertanto, si chiede di confermare che la capacità di eseguire fino a 1.000 tests, in autonomia, in meno di 15 ore debba essere soddisfatta dall'insieme dei 2 strumenti analitici che compongono il sistema.

RISCONTRO

Relativamente al lotto 3, si conferma che la capacità di eseguire fino a 1000 tests in meno di 15 ore debba essere soddisfatta dall'insieme dei 2 strumenti analitici che compongono il sistema

QUESITO 3)

Relativamente al lotto 3, dal momento che viene richiesto un elevato numero di strumentazioni hardware in service, si chiede di tenerne conto nella definizione della base d'asta.

RISCONTRO

Se ne terrà conto nella definizione della base d'asta

QUESITO 4)

A pag 3 del Capitolato Speciale, tra le caratteristiche di minima pena l'esclusione, viene richiesta una produttività per ciascun modulo di immunometria di 190 test/ora. Si chiede pertanto la modifica di tale requisito da 190 test/ora a 189 test/ora, garantendo così una più ampia concorrenzialità.

RISCONTRO

Relativamente al lotto 1, si concede, in aderenza a quanto previsto dal codice degli appalti per favorire la massima partecipazione, per i moduli di immunometria, una cadenza analitica di ≥ 180 test/ora

QUESITO 5)

PER IL LOTTO NR.1:

1) in riferimento a quanto riportato a pag. 4 del Capitolato Speciale "Le aziende dovranno effettuare un sopralluogo per la verifica della idoneità dei locali per la corretta stesura di un progetto finalizzato alla installazione delle apparecchiature", si chiede cortesemente di confermare che il sopralluogo sarà da effettuare in seguito alla pubblicazione del bando di gara.

2) Relativamente all'elenco dei "Test Controlli di qualità: Siero di controllo multiparametrici positivi HCV, HBsAg, HIV, HbcAb; Siero di controllo multiparametrici negativi HCV, HBsAg, HIV, Sifilide, HbcAb" riportato nella tabella presente a pag. 5 del Capitolato Speciale, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, si chiede la possibilità di offrire sieri di controllo monoparametrici per singolo analita richiesto.

RISCONTRO

Relativamente al Lotto 1:

- 1) Si conferma che il sopralluogo sarà da effettuare in seguito alla pubblicazione del bando di gara
- 2) Non si concede la possibilità di offrire sieri di controllo monoparametrici per singolo analita richiesto

QUESITO 6)

PER IL LOTTO NR.3:

1) In riferimento a quanto riportato a pag. 9 del Capitolato Speciale "Il sistema deve essere un analizzatore ad accesso continuo che permetta il caricamento incontinuo dei campioni e la refertazione a batch di grandezza variabile in base alle esigenze di lavoro del CQB e con capacità di eseguire fino a 1000 tests, in autonomia, in meno di 15 ore", si chiede gentilmente di confermare che tale produttività sia riferita al singolo strumento analitico richiesto.

2) Si chiede cortesemente di specificare il numero orientativo di sedute analitiche settimanali.

RISCONTRO

Relativamente al lotto 3:

1) Non si conferma che la produttività di 1000 tests in meno di 15 ore sia riferita al singolo strumento analitico richiesto, ma è da riferire all'insieme dei 2 strumenti analitici che compongono il sistema

2) Si specifica che il numero orientativo richiesto si attesta su 14 sedute analitiche settimanali

QUESITO 7)

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto riportato a pagina 4 del Disciplinare di gara, al fine di poter valutare tutte le problematiche connesse all'istallazione delle apparecchiature, con la presente si richiede la possibilità di effettuare il sopralluogo dei locali e l'invio a questo indirizzo pec delle planimetrie onde poter predisporre un progetto di istallazione adeguato alle vostre esigenze

RISCONTRO

Vedasi riscontro al quesito nr.5 Punto 1)

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



(Dott. Aldo Albano)

