

DITTA		
	DESCRIZIONE	RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce)
Q.tà: nr.1	LLAVASTRUMENTI TERMODISINFETTRICE PER L'U.O.C. DI C	
	<i>Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:</i>	
	<i>Caratteristiche essenziali</i>	
	Apparecchiatura nuova di fabbrica	
	Apparecchiatura di ultima generazione	
1.	Alimentazione elettrica 230-400V 50Hz.	
2.	Struttura esterna in acciaio inox AISI304.	
3.	Camera di lavaggio interamente in acciaio inox .	
4.	Dimensioni indicative esterne (con porta chiusa) 65cmx65cmx85cm circa	
5.	collegamento idrico	
6.	addolcitore incorporato.	
7.	porta in acciaio, struttura battente e caricamento frontale	
8.	sistema di asciugatura	
9.	almeno due dosatori di prodotti chimici	
10.	Condensatore a vapore e sensore temperatura interna	
11.	Conforme alle norme EN 15883-1/2.	
12.	possibilità di collegamento a PC o comunque di registrazione dei cicli	
13	programmi multipli di lavaggio	
14	Termo disinfezione con il raggiungimento della temperatura fino a 95° e con il suo mantenimento per un tempo variabile e programmabile per ogni singolo ciclo.	
15	programmi di disinfezione ad effetto battericida e virusdebellante secondo BGA	

16	Pompe peristaltiche per dosaggio detergente liquido	
17	pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido	
18	controllo dosaggio prodotti chimici	
19	possibilità di integrazione con altri carrelli interni specialistici	
20	Le lava strumenti a termo disinfezione devono essere progettate, costruite e validate in conformità alle Norme Europee UNI EN ISO 15883- CEN ISO/TS 1588 3-5 e marcati CEC come Dispositivi Medici in conformità alla Direttiva europea 93/42/CEE	
21	MATERIALE DI CONSUMO	




[illegible][illegible]
